

1) Zamawiający w zapytaniu ofertowym, w części *Etap I – uruchomienie sieci monitoringu jakości powietrza* wymaga przeprowadzenie 2 - krotne pomiarów testowych w pobliże wybranej przez Wykonawcę stacji PMŚ. Pragniemy zwrócić uwagę, że wskazania czujników laserowych (które są jedynymi nisko kosztowymi czujnikami pyłów PM_{2,5} i PM₁₀ i jako jedyne najprawdopodobniej mieszczą się w budżecie) jest silnie uwarunkowane od warunków lokalnych tj. gęstości, albedo oraz rozkładu pyłów zawieszonych. Tym samym prowadzenie pomiarów testowych w pobliżu stacji PMŚ w lokalizacji X pozwoli wyznaczyć współczynniki kalibracyjne wyłącznie dla lokalizacji X. Ponadto wyznaczenie współczynników kalibracyjnych dla lokalizacji X tak, aby maksymalny błąd względny nie przekraczał 25% może pogorszyć jakość wskazań jakie czujniki zanotują na terenie Strzelec Opolskich. Zwracamy się zatem o wykreślenie z przedmiotu zamówienia konieczności prowadzenia obu pomiarów testowych.

2) W części *Etap I – uruchomienie sieci monitoringu jakości powietrza*, pkt 6.c Zamawiający przedstawia wymóg: *"Dane gromadzone w bazie są własnością Zamawiającego"* mimo, że poprzedni punkt wymaga, by baza znajdowała się na serwerach Wykonawcy. Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402), jako Wykonawca i właściciel serwera, na którym są przechowywane i przetwarzane dane pomiarowe, pozostajemy jedynym właścicielem danych. Zamawiający na mocy zawartej umowy ma natomiast prawo wykorzystywać dane pochodzące z posiadanych przez siebie czujników na własny użytek. Prosimy zatem o wykreślenie z zapytania zapisu iż, dane gromadzone w bazie są własnością Zamawiającego.

3) W części *Etap I – uruchomienie sieci monitoringu jakości powietrza*, pkt 1.b Zamawiający przedstawia m.in. taki wymóg: *„min. dwa rodzaje zasilania dla pyłomierzy: zasilanie z sieci energetycznej 230 V AC, zasilanie akumulatorowe/alternatywne na min. 7 dni pracy pyłomierza.”* Prosimy o wyjaśnienie, którego rodzaju pyłomierzy dotyczy ten zapis? Prosimy również o sprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez słowo „kieszonkowy”? Czy możemy prosić o podanie orientacyjnych wymiarów lub innych parametrów?

4) Czy Zamawiający może dookreślić z jaką częstotliwością dane muszą być wysyłane na serwer w przypadku urządzeń mobilnych?

5) Zamawiający w zapytaniu ofertowym, w części *Etap II – wymagania realizacyjne i przebieg realizacji etapu*, w pkt 7.b przedstawia zapis: *"Doświadczenie związane z montażem i prowadzeniem bada"*. Prosimy o wyjaśnienie treści niniejszego punktu.

6) Zamawiający w zapytaniu ofertowym, w części *Etap II – wymagania realizacyjne i przebieg realizacji etapu*, w pkt 8 wymaga przedstawiania danych dotyczących zadania Edukacja „door to door”. Niniejszy punkt nie ma związku z opisem przedmiotu zamówienia, dlatego prosimy o wyjaśnienie, czy pkt 8 na pewno dotyczy przedmiotowego zapytania, czy został w nim błędnie umieszczony?

7) Zamawiający w zapytaniu ofertowym, w części *Etap II – wymagania realizacyjne i przebieg realizacji etapu*, w pkt 12.b przedstawia wymaganie dotyczące wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, w zakresie opracowania założeń lub wymagań z zakresu gospodarki odpadami lub ochrony środowiska wraz z określeniem opisu przedmiotu zamówienia do zapytań ofertowych dla Gmin/Miast/Powiatów. Niniejszy punkt nie ma związku z opisem przedmiotu zamówienia, dlatego prosimy o wyjaśnienie, czy pkt 12.b na pewno dotyczy przedmiotowego zapytania, czy został umieszczony w specyfikacji omyłkowo?

Odpowiedzi na przedmiotowe pytania prosimy przesłać na adres mailowy: contact@airly.eu oraz m.wisniowska@airly.eu.