

W nawiązaniu do pytań zgłoszonych do postępowania nr GK.271.6.2018 na Uruchomienie i eksploatację systemu monitorowania i komunikowania danych o stanie jakości powietrza związanym z zanieczyszczeniami wynikającymi ze spalania odpadów w piecach/kotłach domowych w Gminie Strzelce Opolskie poniżej przedstawiamy nasze stanowisko.

Pytania:

1. Czy jest możliwość, aby kalibracja 14 dniowa odbywała się przy stacji równoważnej ze stacją PMŚ.
2. Czy czujniki powinny posiadać obudowę, która jest odporna na warunki zewnętrzne - np IP 65, lub jaki poziom ochrony IP powinna posiadać obudowa.
3. Czy sensory powinny posiadać wbudowany moduł GPS.
4. Czy sensory powinny posiadać Ethernet.

Ad.1.

Tak dopuszczamy możliwość aby kalibracja była prowadzona przy stacji równoważnej po przedstawieniu wszystkich paramentów stacji w celu porównania zgodności.

Ad.2.

Nie ma takiego wymogu.

Ad.3

Moduł GPS jest funkcją pomocną w zakresie lokalizowania danego czujnika. Zgodnie z zapytaniem ofertowym czujniki mają być oznaczone na mapach zgodnie z ich docelową i faktyczną lokalizacją bez zawężenia funkcji umożliwiających szybką ich lokalizację na mapach. Dopuszcza się takie rozwiązanie, aczkolwiek nie jest ono obligatoryjne.

Ad.4.

W zapytaniu nie stawia się takiego wymogu.